

GEBRAUCHSINFORMATION

VIABANK Yeast & Molds

Zur Kryokonservierung von Hefen und Schimmelpilzen

Produktbeschreibung

Zu jeder Box gehören 80 Polypropylenröhrchen mit grauer Kappe, die jeweils 20 graue Keramikperlen enthalten, die von einer speziellen kryoprotektiven Lösung für Hefen und Schimmelpilze umgeben sind. Diese enthält im wesentlichen folgende Komponenten:

- Deionisiertes Wasser
- Pepton
- Sorulationsverstärker
- Viskositätsinduzierer
- Kälteschutzkomponente

Die kryoprotektive Lösung wird durch Gamma-Strahlung mit 25-42 KGy sterilisiert.

Gebrauchsanleitung

1. Röhrchen mit Hilfe eines Permanentschreibers beschriften.
2. Kappe entfernen und zur Inokulierung ein massives Inokulum aus einer frischen Reinkultur verwenden.
3. Das Röhrchen verschließen
4. Leicht schütteln, um die inokulierte Flüssigkeit gleichmäßig zwischen den Kügelchen zu verteilen.
5. Mit einer sterilen Pipette den Überschuß an Kryoflüssigkeit entfernen.
6. Kappe wieder aufsetzen und Röhrchen verschließen.
7. Die inokulierte VIABANK in einer geeigneten Tiefkühltruhe bzw. einem –schrank lagern.

Wiederbelebung der Organismen

1. Eines oder bei Bedarf mehrere der Kügelchen mit einer sterilen Pinzette entnehmen.
2. Das Kügelchen in eine geeignete Wiederbelebungsbouillon einbringen oder auf die Oberfläche eines entsprechenden festen Mediums geben und ausstreichen.
3. Das zurückbleibende Kügelchen desinfizieren und entsprechend der GLP Regeln entsorgen.
4. Das Röhrchen möglichst umgehend wieder gefroren lagern.
5. Den Mikroorganismus unter den jeweils erforderlichen Bedingungen inkubieren.

Die VIABANK sollte vor der Einwirkung von grellem Licht geschützt werden.

GEBRAUCHSINFORMATION

Qualitätskontrolltestdetails des Endproduktes

- Validierung der Strahlungssterilität
- Wiederfindung der Organismen

Bestellinformation

Art.-Nr. VMGA Packung mit 80 Röhrchen

Referenzen

1. Feltham, R.K.A.; Power A.K.; Pell P.A.; Sneath, P.H.A., A simple method for storage of bacteria at -70°C . J. Appl. Bacteriol. 1978, 44:313-316
2. White, D.J.; Sands, R.L.: Storage of bacteria at -70°C . Medical laboratory Sciences 1985, 42: 289-290
3. Nagel, J.G.; Kunz, L.J.: Simplified Storage and Retrieval of Stock Cultures. Applied Microbiology 1972, 23 (4): 837-838
4. DIN 58959-6, Qualitätsmanagement in der medizinischen Mikrobiologie, Anforderungen an Kontrollstämme, Beispiele zur Herstellung und Aufbewahrung von Bakterien und von Pilzen als Stamm- und Gebrauchskulturen

Vertrieb durch: DOENITZ PROLAB
 PROFESSIONAL LABSERVICE
 Werderstr.2
 D-86159 Augsburg

Tel.: 08 21 / 4 40 15 90
Fax: 08 21 / 4 40 15 92
E-Mail: prolab@doenitz.de
<http://www.doenitz-prolab.de>